

OOR-OIOP.041.2.2018

Kawęczyn, 25.10.2018 r.

**Dotyczy: „Zakup i dostawa do Urzędu Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn wyposażenia oraz urządzeń ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Kawęczyn” współfinansowanych ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości zgodnie z umową nr DFS-II-7211-1961/18 z dnia 28.09.2018 r.**

Nawiązując do e-maila „zapytanie do zakup i dostawa wyposażenia oraz urządzeń ratownictwa dla OSP z Gminy Kawęczyn: z dnia 23 października 2018 r. udzielam odpowiedzi:

1. Proszę o informacje czy w pozycji nr 7 defibrylator ma posiadać certyfikowany uchwyt do samochodu.  
- Defibrylator nie musi posiadać takiego uchwytu.
2. Czy skrzynka zabezpieczająca jest tym uchwytem do samochodu czy też jest to osobna skrzynka na defibrylator.  
- Jest to osobna skrzynka na defibrylator.
3. W pozycji nr 9 – defibrylator jest błąd – agregat ma stabilizację napięcia +-2% - proszę o poprawę zapisu.



- W pozycji nr 9 nie został zapisany defibrylator lecz agregat prądowórczy. W pozycji nr 9 usunięto zapis „zgodny ze standardami i wytycznymi KSRG”. Pozostałe zapisy bez zmian.
  
- 4. W pozycji nr 10 – latarka podano stare parametry latarki – właściwe przesyłam w karcie katalogowej – proszę o zmianę zapisu.
  - W pozycji tej są właściwe parametry. Nie będzie zmiany zapisu.
  
- 5. W pozycji nr 11 – torba ratownicza – czy zestaw PSP R-1 ma zawierać zestaw szyn Kramera i deskę ortopedyczną?
  - Torba ratownicza PSP-R1 musi zawierać szyny typu Kramera, nie musi zawierać deski ortopedycznej.

WÓJT  
  
Jan Nowak